

การยื่นเครื่องช่วยหายใจ
กลุ่มผู้ป่วย **PALLIATIVE CARE**

โรงพยาบาลชลบุรี



สรุปยอดจำนวนเครื่องช่วยหายใจBIRD

ปี	จำนวนทั้งหมด	เครื่องชำรุด	คงเหลือจำนวนเครื่องใช้ได้	มอบให้รพ.ชุมชน
2525	67	0	0	0
2560(1 กย.60)	67	48	19	รพ.บ่อทอง 2เครื่อง รพ.บ้านบึง 4 เครื่อง รพ.สัตหีบ กม.10 2 เครื่อง
2561	19	5	14	0
2562	14	4	10	0
2563	10	6	4	0
2564	4	0	4	

ผู้ป่วยPalliative care รอจำหน่ายส่งกลับ รพ. ในจังหวัดชลบุรี

กลุ่มโรค	จำนวนผู้ป่วยPC เฉลี่ย/เดือน	ค่าเฉลี่ยวันรอส่งกลับ/ ราย
ศัลยกรรม	1	1
อายุรกรรม(ชาย)	7	3
อายุรกรรม (หญิง)	8	4
Stroke	15	3

ยอดจำนวนครั้งของการยืมเครื่องช่วยหายใจ BIRD

ชื่อรพ.ชุมชนที่ยืมเครื่อง	มค.63	กพ.63	มีค.63	เมย.63	พค.63	มิย.63	กค.63	สค.63	กย.63	รวมทั้งหมด
รพ. บางละมุง	9	8	9	8	8	6	8	8	2	56
รพ. พนัสนิคม	7	4	6	6	6	9	5	7	2	43
รพ. หนองใหญ่	0	0	1	1	2	1	0	0	0	5
รพ. เกาะจันทร์	0	1	2	0	2	1	0	1	0	6
รพ. แหลมฉบัง	6	3	4	3	5	6	3	10	4	30
รพ. สัตหีบ กม. 10	1	3	3	1	3	3	0	3	1	14
รพ. วัดญาณฯ	0	2	0	0	0	0	0	3	0	2
รพ. พานทอง	3	1	4	0	4	3	0	8	1	15
รพ. บ่อทอง	0	0	0	1	0	1	1	0	1	3
รพ. บ้านบึง	1	1	0	2	3	0	0	2	1	7
จำนวนครั้งการใช้เครื่อง/เดือน	27	23	29	22	33	30	17	42	12	181

ข้อเสนอแนะ

1. เครื่องช่วยหายใจ Bird ปัจจุบันไม่มีอะไหล่และผลิตเพิ่ม
2. เครื่องช่วยหายใจC2 อาจมีสนับสนุนจากรพ.ชลบุรี ขอปรึกษาจัดสรรเป็นzone ในรพ.ที่มีเครื่องมือแพทย์(เครื่องช่วยหายใจC2 เครื่องขนาดใหญ่ การขนย้ายและการยืมไม่สะดวก)



ขอบคุณค่ะ